

REF 24017	 <h1 style="margin: 0;">Ceramic Tissue Trimmer</h1>
	

INSTRUCTIONS FOR USE

DESCRIPTION	CTT™ is used under rotation in the air turbine handpiece (300,000 - 500,000 RPM). To be used <u>without</u> any water/spray cooling.
COMPATIBILITY	The CTT™ shank complies to EN ISO 1797:2017, type 3 and may only be used in turbine handpieces meeting the same standard.
INTENDED USE	The CTT™ is intended for minor surgical procedures in dentistry.
USER PROFILE	The use of CTT™ is restricted to educated dentists.
CHECKING THE INSTRUMENT	The product must be gently handled for protection of the tip. Before each use, make sure that the tip has not been damaged. If the tip is worn or damaged, dispose of the instrument.
PREPARATION	Mount the CTT™ into the turbine handpiece. Make sure that the CTT™ is well in place and safely fixed. The turbine coolant spray must be switched off.
APPLICATIONS:	1. CTT™ as a soft tissue trimmer: <ul style="list-style-type: none"> ● Gingival modelling ● Freeing deep cavities ● Laceration of interradicular granulation tissue ● Papilectomy/removal of hyperplastic gingiva ● Exposure of intraosseous implant sections and retinated teeth

Rinse away any blood and pus, and dry the area with a cotton sponge or with the air-syringe. The point of the CTT™ must be moved through the tissue with small "brushstroke" movements in a 30-45° degree, not forcing the point of the trimmer in the tissue or cutting too deep in only one cut.

2. CTT™ used for opening of sulcus, e.g. for impressions: Rinse away any blood and pus, and dry the area with a cotton sponge or with the air-syringe. The CTT™ is moved in the sulcus with an even slow sliding motion of the necessary depth. To avoid any tissue loss, it is important to preserve the epithelium of the marginal gingiva.

⚠ When using CTT™ - avoid excessive contact to tooth or bone tissue. Correctly used, the kinetic energy causes a heat-coagulating effect without "burning" the tissue. Using the CTT™ correctly, with all it's applications, you will find that the CTT™ is often able to replace not only electro-surgery and surgical blades, but in many cases also the use of retraction cord.

CLEANING	Clean in a dental washer disinfector using a universal program. Place the CTT™ in a burholder suited for dental washer and sterilizator.
STERILISATION	Do not use any solvent for cleaning purpose. The CTT™ is delivered non-sterile and should be sterilized before first use. Sterilize in moist heat (autoclave) at 134°C/273°F for min. 3 minutes.
STORAGE	Keep in a dry place, protected against recontamination.
DISPOSAL	After the last use, dispose of the CTT™ in a sharps container.
PRODUCT LIFETIME	3 years.
CAUTION	US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.
Patent no	US,368,336B1 . JP,2001-104319,A

BRUGERVEJLEDNING

BESKRIVELSE	CTT™ anvendes i det roterende luftturbine-vinkelstykke (300.000-500.000 RPM). Anvendes <u>uden</u> nogen form for køling med vand/spray.
KOMPATIBILITET	CTT™ skaffet opfylder EN ISO 1797:2017, type 3 og må kun bruges sammen med turbinehåndstykker, der opfylder samme standard.
TILSIGTET ANVENDELSE	CTT™ er beregnet til mindre tandkirurgiske indgreb.
BRUGERPROFIL	Brug af CTT™ er begrænset til faguddannede tandlæger.
EFTERSYN AF INSTRUMENTET	Produktet skal håndteres forsigtigt med henblik på beskyttelse af spidsen. Inden hver brug sikres det, at spidsen ikke er beskadiget. Hvis spidsen er slidt eller beskadiget, kasseres instrumentet.
FORBEREDELSE	Monter CTT™ i turbinehåndstykket. Sørg for, at CTT™ er korrekt anbragt og sikkert fastgjort. Turbine-vandkølingen (spray) skal slås fra.
ANVENDELSES-OMRÅDE:	1. CTT™ som trimmer til blodt væv: <ul style="list-style-type: none"> ● Gingivamodellering ● Afdækning af dybe kaviteter ● Laceration af interradiculært granulationsvæv ● Papilektomi/fjernelse af hyperplastisk gingiva ● Frilægning af intraossos implantatdel og retinerede tænder

Eventuelt blod og pus bortskylles, hvorefter området tørlægges enten med en gaze-krolle eller blæses tørt med luftsprøjen. CTT™'s keramiske spids bevæges 30-45° vinklet i vævet med små "penslende" bevægelser – undgå at forcere CTT™'s spids for dybt i vævet.

2. CTT™ bruges til pocheåbning f.eks. ved aftrykstagnig: Eventuelt blod og pus bortskylles, hvorefter området tørlægges enten med en gaze-krolle eller blæses tørt med luftsprøjen. CTT™'s spids bevæges i en jævn glidebende bevægelse i sulcus i den nødvendige dybde. Det er vigtigt at bevare epitelet på den marginale gingiva for at undgå retraktioner.

⚠ Under anvendelse af CTT™ - undgå unødig kontakt med tand- eller knoglevæv. Anvendt korrekt vil den kinetiske energi frembringe en varmekoagulerende effekt uden at "brænde" vævet. Har du først lært at anvende CTT™ korrekt med alle dens mange muligheder, vil du finde, at CTT™ ofte kan erstatte ikke alene elektrokirurgi og culterblad, men også pochepakning i forbindelse med aftrykstagning.

RENGØRING	Rengør i en dental vaskemaskine/desinfektor på et universelt program. Anbring CTT™ i en borholder, der er egnet til dentale vaskemaskiner og sterilisatorer.
STERILISERING	Undgå brug af opløsningsmidler til rengøring. CTT™ leveres ikke-steril og skal steriliseres inden første brug. Steriliser i autoklave ved 134°C i 3 minutter.
OPBEVARING	Opbevares tørt og beskyttet mod genkontaminering.
BORTSKAFFELSE	Efter sidste anvendelse skal CTT™ bortskaffes i en beholder til skarpe genstande.
PRODUKTETS LEVETID	3 år.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BESCHREIBUNG	Das CTT™ Instrument muss im Turbinen-Winkelstück mit 300.000-500.000 UPM trocken verwendet werden. <u>Nie</u> mit eingeschalteter Wasserkühlung (Spray) verwenden.
KOMPATIBILITÄT	Der CTT™ Schaft entspricht EN ISO 1797:2017, Typ 3 und darf nur in Turbinen-Winkelstücken verwendet werden, die die gleiche Norm erfüllen.
VERWENDUNG-ZWECK	Das CTT™ Instrument ist für kleinere chirurgische Eingriffe in der Zahnmedizin bestimmt.
ANWENDERPROFIL	Das CTT™ Instrument darf nur von ausgebildeten Zahnärzten verwendet werden.
ÜBERPRÜFUNG DES INSTRUMENTS	Das Produkt muss zum Schutz der Spitze vorsichtig gehandhabt werden. Vor jedem Gebrauch ist sicherzustellen, dass die Spitze nicht beschädigt wurde. Das Instrument entsorgen, wenn die Spitze abgenutzt oder beschädigt ist.
VORBEREITUNG	Das CTT™ Instrument in das Turbinen-Winkelstück einsetzen. Darauf achten, dass das CTT™ Instrument richtig sitzt und sicher befestigt ist. Der Turbinen-Kühlspray muss ausgeschaltet sein.
ANWENDUNGS- GEBIET	1. CTT™ als Trimmer für Weichgewebe:: <ul style="list-style-type: none"> ● Gingiva-Modellation ● Freilegen tiefer Kavitäten ● Lazeration interradikulärer Granulationsgewebe ● Papilektomie/Entfernung hyperplastischer Gingiva ● Freilegen intraossärer Implantatbereiche und retinierter Zähne

Blut und Pus werden abgespült, dann wird der Bereich mit einem Tupfer oder mit dem Luftbläser getrocknet. Die Spitze des CTT™ in einem Winkel von 30-45° halten und mit kleinen „bürstenden“ Bewegungen durch das Gewebe führen, ohne die Spitze des Instruments ins Gewebe zu drücken oder zu tief mit nur einem Schnitt zu schneiden.

2. CTT™ zur Öffnung des Sulcus z. B. bei Abdrücken: Blut und Pus werden abgespült, dann wird der Bereich mit einem Tupfer oder mit dem Luftbläser getrocknet. Das CTT™ wird im Sulcus mit einer gleichmäßigen und langsamen gleitenden Bewegung in der notwendigen Tiefe geführt. Um jeglichen Gewebeverlust zu vermeiden, ist es wichtig, dass Epithel des marginalen Gingivagewebes dabei geschont wird.

⚠ Bei der Verwendung des CTT™ exzessives Berühren von Zahn- oder Knochengewebe vermeiden. Die kinetische Energie der Instrumentrotation sorgt durch Wärmekoagulation für eine gute Hämostase ohne „Verbrennen“ des Gewebes. Wenn Sie CTT™ mit seinen zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten richtig anwenden, werden Sie bald feststellen, dass CTT™ in vielen Fällen nicht nur Elektrochirurgie und Skalpell ersetzen, sondern häufig auch die Retraktion bei Abdrücken überflüssig machen kann.

REINIGUNG
In einem zahnmedizinischen Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit einem Universalprogramm reinigen. Das CTT™ in einen für dentale Reinigungs-/Desinfektionsgeräte und Sterilisatoren geeigneten Fräserhalter geben. Keine Lösungsmittel zur Reinigung benutzen.

⚠ **STERILISATION**
Das CTT™ wird unsteril geliefert und muss vor dem ersten Gebrauch sterilisiert werden. In feuchter Hitze bei 134 °C für min. 3 Minuten sterilisieren (autoklavieren). Geschützt vor erneuter Kontamination an einem trockenen Ort aufbewahren.

LAGERUNG
ENTSORGUNG
Das CTT™ nach dem letzten Gebrauch in einem Behälter für scharfe Gegenstände entsorgen.

PRODUKTLEBENS- DAUER
3 Jahre.

KÄYTTÖOHJEET

KUVAUS	CTT™:tä käytetään kiertoliikkeellä ilmaturbiinikäsälaitteessa (300 000–500 000 rpm). Käytetään ilman vesi-/suihkejäähdytystä.
YHDENMUKAISUUS	CTT™:n varsi on yhdenmukainen EN ISO 1797:2017 -standardin, tyyppin 3 kanssa, ja sitä saa käyttää ainoastaan saman standardin vaatimukset täyttävien turbiinikäsälaitteiden kanssa.
KÄYTTÖTARKOITUS	CTT™ on tarkoitettu käyttöön pienissä hammaskirurgisissa toimenpiteissä.
KÄYTTÄJÄT	Ainoastaan koulutetut hammaslääkärit saavat käyttää CTT™:tä.
INSTRUMENTIN TARKASTAMINEN	Tuotetta on käsiteltävä varovasti, jotta kärki ei vaurioidu. Varmista aina ennen käyttöä, että kärki on vahingoittumaton. Jos kärki on kulunut tai vahingoittunut, hävitä instrumentti.
VALMISTELU	Asenna CTT™ turbiinikäsälaitteeseen. Varmista, että CTT™ on oikein paikallaan ja kiinnitetty varmasti. Turbiinin jäähdytysuihke on kytkettävä pois päältä.
KÄYTTÖKOHEETE:	1. CTT™ pehmytkudoksen tasaajana: <ul style="list-style-type: none"> ● ienrajan muotoilu ● syvien kaviteettien paljastaminen ● hammasjuurten granulaatiokudoksen repeämä ● hyperplastisen ikenen papillektomia / poisto ● intraossaalisten implanttialueiden ja retinoituneiden hampaiden paljastaminen





RØNVIG

Dental Mfg. A/S



Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Denmark
Tel.: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98 · E-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com

© RØNVIG Dental Mfg. A/S. ALL RIGHTS RESERVED. IFU-CTT-EN/DA/DE/FI/NL/FR/NO/ES/IT/PL/PT/SV-2019.11 VER 10	
PUHDISTUS	Puhdista hammaslääketeieteellisessä pesu- ja desinfiointikoneessa hampaaseen ja luukudokseen.
STERILOINTI	Älä käytä puhdistukseen liuottimia.
SÄILYTYS	Säilytä kuivassa paikassa uudelleenkontaminaatioita suojattuna.
HÄVITÄMINEN	Aseta CTT™ käytön jälkeen teräesineille tarkoitettuun jätastiaan.
TUOTTEEN	3 vuotta.

MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION	CTT™ est utilisé en rotation dans la pièce à main à turbine à air (300 000 - 500 000 tr/min). À utiliser <u>sans</u> refroidissement par aspersion d'eau.
COMPATIBILITÉ	Le corps du CTT™ est conforme à la norme EN ISO 1797:2017, type 3, et peut exclusivement être utilisé dans des pièces à main à turbine conformes à la même norme.
UTILISATION PRÉVUE	Le CTT™ a été conçu pour des interventions chirurgicales mineures en dentisterie.
PROFIL DES UTILISATEURS	Le CTT™ est exclusivement destiné à une utilisation par des dentistes qualifiés.
CONTRÔLE DE L'INSTRUMENT	Le produit doit impérativement être manipulé délicatement pour ne pas endommager son extrémité. S'assurer, avant chaque utilisation, que l'extrémité est intacte. Si elle apparaît usée ou endommagée, il convient de jeter l'instrument.
PRÉPARATION	Logger le CTT™ dans la pièce à main à turbine. Veiller à ce que le CTT™ soit bien en place et bien fixé. Il est impératif d'éteindre le système de refroidissement.
APPLICATIONS :	1. CTT™ en tant qu'instrument de modelage des tissus mous: <ul style="list-style-type: none"> ● Modelage du contour gingival ● Exposition des limites des cavités profondes ● Dilacération du tissu de granulation interradiculaire ● Papillectomie/élimination de la gencive hyperplasique ● Exposition des têtes d'implants intra-osseux et des dents retenues

Rincer la zone pour éliminer le sang et le pus, puis la sécher avec une éponge en coton ou avec la seringue air-eau. La pointe du CTT™ doit impérativement progresser dans le tissu par petites « touches » à un angle de 30-45°, sans la forcer dans le tissu ni entailler ce dernier trop profondément en un seul passage de l'instrument.

2. CTT™ utilisé pour l'ouverture d'un sillon, p. ex. pour les empreintes: Rincer la zone pour éliminer le sang et le pus, puis la sécher avec une éponge en coton ou avec la seringue air-eau. Le CTT™ progresse dans le sillon avec un mouvement longitudinal lent à la profondeur requise. Pour éviter toute perte tissulaire, il est important de préserver l'épithélium de la gencive marginale.

⚠ Lors de l'utilisation du CTT™, éviter tout contact excessif avec les dents ou le tissu osseux. Lorsque l'instrument est correctement utilisé, l'énergie cinétique produit un effet de thermocoagulation sans « brûler » les tissus. L'utilisation correcte du CTT™, pour toutes ses applications, permet très souvent de remplacer non seulement l'électrochirurgie et les lames chirurgicales mais également les fils de rétraction.

NETTOYAGE
Nettoyer le produit dans un laveur-désinfecteur dentaire avec un programme universel. Placer the CTT™ dans un porte-fraise pouvant passer au laveur-désinfecteur dentaire. Ne pas utiliser de solvants pour le nettoyage.

STÉRILISATION
Le CTT™ est livré non stérile et doit donc être stérilisé avant la première utilisation. Stériliser le produit à la chaleur humide (en autoclave) à 134°C pendant au moins 3 minutes.

STOCKAGE
ÉLIMINATION
DURÉE DE VIE DU PRODUIT
Tenir au sec, à l'abri de toute source de nouvelle contamination. Après la dernière utilisation, jeter le CTT™ dans un conteneur pour objets tranchants. 3 ans.

GEBRUIKSAANWIJZING

BESCHRIJVING	CTT™ wordt gebruikt als roterend instrument, met behulp van een luchtangedreven turbinehandstuk (300.000 - 500.000 toeren per minuut). Bedoeld voor gebruik zonder koeling met water/spray.
COMPATIBILITEIT	De CTT™-schacht voldoet aan EN ISO 1797:2017, type 3 en mag alleen worden gebruikt in combinatie met turbine-handstukken die aan dezelfde standaard voldoen.
BEOOGD GEBRUIK	De CTT™ is bedoeld voor kleine chirurgische ingrepen binnen de tandheekunde.
GEBRUIKERSPROF-FIEL	De CTT™ mag alleen worden gebruikt door getrainde tandartsen.
CONTROLLEREN VAN HET INSTRUMENT	Hanteer het product voorzichtig, ter bescherming van het tipuiteinde. Controleer iedere keer voor gebruik of de tip niet beschadigd is geraakt. Voer het instrument af als de tip versleten of beschadigd is.
VOORBEREIDING	Zet de CTT™ op het turbinehandstuk. Zorg dat de CTT™ goed op zijn plaats zit en veilig vastzit. Schakel de koel-spray van de turbine uit.
TOEPASSINGEN:	1. CTT™ als trimmer voor de weke delen: <ul style="list-style-type: none"> ● modelleren van de gingiva ● blootleggen van diepe caviteiten ● laceratie van interradiculair granulatieweefsel ● papillectomie/verwijdering van hyperplastische gingiva ● blootlegging van intra-ossaire implantaatgedeelten en gereteneerde gebitselementen

Spoel aanwezig bloed en aanwezige pus weg en droog het gebied met een wattenrol of de luchtspuit. Beweeg het uiteinde van de CTT™ met kleine "penseelstreekbewegingen" door het weefsel, in een hoek van 30-45°. Duw daarbij het uiteinde van de trimmer niet in het weefsel en probeer om niet te diep te gaan binnen één snijbeweging.

2. Gebruik van de CTT™ voor het openen van de sulcus, bijv. voor het maken van afdrucken: Spoel aanwezig bloed en aanwezige pus weg en droog het gebied met een wattenrol of de luchtspuit. Beweeg de CTT™ door de sulcus met een gelijkmatige, langzame glijbeweging, op de benodigde diepte. Voorkom weefselverlies door het epitheel van de marginale gingiva te behoeden voor verwijdering

⚠ Vermijd sterk contact met gebitselementen of botweefsel bij het gebruik van CTT™. Bij correct gebruik zorgt de kinetische energie voor een hittecoagulatie-effect, zonder dat het weefsel 'verbrandt'. Bij correct gebruik van de CTT™ voor de beoogde toepassingen, zult u merken dat de CTT™ vaak kan worden gebruikt ter vervanging van elektrochirurgie of het werken met scalpels, maar in veel gevallen ook in plaats van toepassing van een retractiedraad.

REINIGEN
Reinig het instrument in een tandheekkundig was-/desinfectieapparaat met behulp van een universeel programma. Plaats de CTT™ in een boorhouder die geschikt is voor gebruik in een tandheekkundig was-/desinfectieapparaat en dito sterilisator.

Gebruik bij het reinigen geen oplosmiddelen. De CTT™ wordt niet-steriel geleverd en moet worden gesteriliseerd voor hij voor het eerst wordt gebruikt. Steriliseer hem met vochtige hitte (autoclaaf) op 134°C, gedurende 3 minuten.

BEWAREN
AFVOEREN
LEVENSDUUR
PRODUCT
Bewaar hem op een droge plaats en voorkom dat hij opnieuw gecontamineerd raakt. Voer de CTT™ af in een naaldencontainer nadat hij voor het laatst is gebruikt. 3 jaar.

BRUKSANVISING

BESKRIVELSE	CTT™ brukes under rotasjon i luftturbinhåndstykket (300 000–500 000 RPM). Skal brukes <u>uten</u> vann-/spraykjøling.
KOMPATIBILITET	CTT™-skaffet samsvarer med NS-EN ISO 1797:2017, type 3 og skal kun brukes i turbinhåndstykker som overholder samme standard.
TILTENKT BRUK	CTT™ er ment brukt til mindre dentalkirurgiske inngrep.
BRUKERPROFIL	CTT™ skal kun brukes av utdannede tannleger.
KONTROLL AV INSTRUMENTET	Produktet skal håndteres forsiktig, slik at spissen beskyttes. Før hver gangs bruks skal det påses at spissen ikke er skadet. Hvis spissen er slitt eller skadet, skal instrumentet kasseres.
KLARGJØRING	Monter CTT™-enheten i turbinhåndstykket. Påse at CTT™-enheten sitter riktig og er godt festet. Turbinens kjølespray må slås av.
BRUKSOMRÅDER:	1. CTT™ som keramisk vevstrimmer: <ul style="list-style-type: none"> ● Modellering av gingiva ● Frigjørelse av dype kaviteter ● Laserasjon av interradikulært granulasjonsvæv ● Papilektomi / fjerning av hyperplastisk gingiva ● Eksponering av intraosseus implantatseksjoner og retinerte tenner

Skyll bort eventuelt blod og puss, og tørk området med en dentaltampong eller med luftsprøyten. Spissen på CTT™-enheten må bevegges gjennom vevet med små «penselstrøk» i en vinkel på 30-45 grader, uten at spissen på trimmeren presses inn i vevet eller at det kuttes for dypt i ett kutt.

2. CTT™ brukt til åpning av sulcus, f.eks. for avtrykk: Skyll bort eventuelt blod og puss, og tørk området med en dentaltampong eller med luftsprøyten. CTT™-enheten bevegges i sulcus med en jevn, langsom glidebevegelse ved nødvendig dybde. For å unngå vevstap er det viktig å bevare epitelet på marginal gingiva.

⚠ Ved bruk av CTT™ skal man unngå overdreven kontakt med tann- eller benvev. Brukt riktig vil den kinetiske energien skape en varmekoagulerende effekt uten at vevet «brennes». Ved riktig bruk av CTT™ og alt tilbehøret, vil CTT™-enheten ofte kunne erstatte ikke bare elektrokirurgi og skalpeller, men også bruken av en retraksjonstråd.

RENGJØRING
Rengjøres ved universalprogram i en dental dekontaminator. Legg CTT™-enheten i en borholder som egner seg til bruk i en dental dekontaminator.

⚠ **STERILISERING**
CTT™-enheten leveres usteril og skal steriliseres før første gangs bruk. Steriliseres i autoklav ved 134°C i minst 3 minutter.

OPBEVARING
Oppbevares på tørt sted, godt beskyttet mot ny kontaminasjon.

KASSERING
PRODUKTETS LEVETID
Etter siste gangs bruk skal CTT™-enheten kasseres i en kanylebeholder. 3 år.

DESCRIPCIÓN	La CTT™ se utiliza bajo rotación con la turbina neumática (300.000 - 500.000 rpm). Se utiliza <i>sin</i> refrigeración por agua/spray.
COMPATIBILIDAD	El vástago de la CTT™ cumple con la norma EN ISO 1797:2017, tipo 3 y solo se debe usar en turbinas que cumplan la misma norma.
USO PREVISTO	La CTT™ está prevista para las intervenciones quirúrgicas odontológicas menores.
USUARIOS	El uso de la CTT™ está limitado a odontólogos formados.
INSPECCIÓN DEL INSTRUMENTO	El producto se debe manipular con cuidado para proteger la punta. Antes de cada uso compruebe que la punta no esté dañada. Deseche el instrumento si la punta está gastada o dañada.
PREPARACIÓN	Monte la CTT™ en la turbina. Asegúrese de que la CTT™ está correctamente colocada y fijada de manera segura. El spray de la refrigeración de la turbina tiene estar desactivado. <ol style="list-style-type: none">CTT™ como fresa recortadora de tejidos blandos: <ul style="list-style-type: none">Modelado de la encía Descubrimiento de cavidades profundas Laceración de tejido de granulación interradicular Papilectomía/remoción de hiperplasias gingivales Exposición de secciones de implantes intraóseos y de dientes retenidos
APLICACIONES:	

Lave la sangre y el pus, y seque la zona con una esponja de algodón o con la jeringa de aire. La punta de la fresa CTT™ se desplaza por el tejido con pequeños movimientos “de pincelada”, con un ángulo de 30 - 45°, sin forzar la punta de la fresa contra el tejido ni cortar demasiado profundamente de un solo corte.
2. CTT™ utilizada para abrir los surcos gingivales, por ejemplo para la toma de impresiones: Lave la sangre y el pus, y seque la zona con una esponja de algodón o con la jeringa de aire. La fresa CTT™ se desplaza por el surco a la profundidad necesaria con un movimiento deslizante uniforme y lento. Para evitar cualquier pérdida de tejido, es importante conservar el epitelio de la encía marginal.

⚠ Evite el contacto excesivo con el diente y el tejido óseo cuando utilice la fresa CTT™. Cuando se utiliza correctamente, la energía cinética provoca un efecto de coagulación térmica sin “quemar” el tejido. Usando la CTT™ correctamente con todas sus aplicaciones, comprobará que a menudo es capaz de sustituir tanto la electrocirugía y las hojas de bisturí como también, en muchos casos, el uso del hilo retractor.

LIMPIEZA	Limpiar en una lavadora-desinfectadora dental usando un programa universal. Colocar la CTT™ en un portafresas adecuado para la lavadora-desinfectadora dental. No utilice ningún disolvente con fines de limpieza.
ESTERILIZACIÓN:	La CTT™ se entrega no estéril y debe esterilizarse antes de usarla por primera vez. Esterilizar con calor húmedo (autoclave) a 134°C durante 3 minutos como mínimo.
ALMACENAMIENTO	Almacenar en un lugar seco, protegido de la recontaminación.
ELIMINACIÓN	Después del último uso deseche la CTT™ en un contenedor para objetos punzantes.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:	3 años.

DESCRIZIONE	CTT™ è uno strumento rotante applicato sul manipolo per turbina pneumatica (300.000 - 500.000 giri/min). Utilizzare lo strumento <i>senza</i> raffreddamento ad acqua (spray).
COMPATIBILITÀ	Il gambo del CTT™ risponde ai requisiti della norma EN ISO 1797:2017, tipo 3, e può essere utilizzato esclusivamente su manipoli per turbina conformi alla stessa norma.
USO PREVISTO	CTT™ è destinato all'uso per procedure chirurgiche minori in odontoiatria.
DESTINATARI DEL PRODOTTO	L'uso del CTT™ è riservato a odontoiatri qualificati.
CONTROLLO DELLO STRUMENTO	Il prodotto deve essere maneggiato delicatamente per proteggere la punta. Prima di ogni utilizzo, verificare che la punta non sia danneggiata. Smaltire lo strumento se la punta è usurata o danneggiata
PREPARAZIONE	Montare il CTT™ nel manipolo per turbina. Verificare che il CTT™ sia correttamente posizionato e fissato in modo sicuro. Lo spray refrigerante della turbina deve essere disattivato. <ol style="list-style-type: none">Il CTT™ impiegato come modellatore dei tessuti molli per: <ul style="list-style-type: none">Modellazione gengivale Esposizione di cavità profonde Lacerazione del tessuto di granulazione interradiclare Papillectomia/rimozione di gengiva iperplastica Esposizione di sezioni di impianti endossei e di denti retinati
APPLICAZIONI:	

Rimuovere con acqua eventuali residui di sangue e pus, poi asciugare l’area con un tampone di cotone oppure con un getto d’aria. La punta del CTT™ deve essere guidata attraverso il tessuto con piccoli movimenti di "spazzolatura", mantenendo un’angolazione di 30-45°; non forzare la punta del modellatore nel tessuto e non tagliare troppo in profondità con un unico taglio.
2. Il CTT™ impiegato per l’apertura del solco, ad es. per prese d’impronta: Rimuovere con acqua eventuali residui di sangue e pus, poi asciugare l’area con un tampone di cotone oppure con un getto d’aria. Guidare il CTT™ nel solco con un movimento di slittamento lento e uniforme fino a raggiungere la profondità necessaria. Per evitare perdite di tessu-to, è importante preservare l’epitelio della gengiva marginale

⚠ Durante l’uso del CTT™ evitare l’eccessivo contatto con il tessuto dentale o osseo. Utilizzando correttamente lo strumento, l’energia cinetica prodotta induce un effetto termocoagulante senza "bruciare" il tessuto. Se corret-tamente utilizzato nelle sue diverse applicazioni, il CTT™ potrà sostituire in molti casi non solo l’elettrochirurgia e l’uso di elettrobisturi, ma anche l’uso del filo di retrazione.

PULIZIA	Pulire in un apparecchio di lavaggio-disinfezione per uso odontoiatrico con un programma universale. Collocare il CTT™ in un portafrese idoneo per apparecchi di lavaggio-disinfezione per uso odontoiatrico. Non utilizzare solventi per la pulizia.
STERILIZZAZIONE	Il CTT™ è fornito non sterile e deve essere sterilizzato prima del primo utilizzo. Sterilizzare a calore umido (autoclave) a 134°C per almeno 3 minuti.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo asciutto, al riparo da possibili fonti di ricontaminazione.
SMALTIMENTO	Dopo l'ultimo utilizzo, smaltire il CTT™ in un contenitore per oggetti taglienti.
DURATA DEL PRO-DOTTO	3 anni.

OPIS	Produkt CTT™ stosuje się obrotowo w końcówce turbiny powietrznej (300 000 500 000 RPM). Do stosowania <i>bez</i> chłodzenia wodą/aerozolem.
ZGODNOŚĆ	Trzonek CTT™ spełnia wymagania normy EN ISO 1797:2017, typ 3 i można go stosować wyłącznie z końcówkami turbinowymi spełniającymi wymagania tej samej normy.
PRZEZNACZENIE	Produkt CTT™ jest przeznaczony do drobnych zabiegów chirurgicznych w stomatologii.
PROFIL UŻYTKOWN-IKA	Stosowanie produktu CTT™ jest ograniczone do wykształconych dentyстів.
KONTROLA INSTRU-MENTU	Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, aby chronić końcówkę. Przed każdym użyciem należy upewniać się, że końcówka nie uległa uszkodzeniu. Jeśli końcówka jest zużyta lub uszkodzona, należy wyrzucić instrument.
PRZYGOTOWANIE	Zamontować produkt CTT™ w końcówce turbinowej. Upewnić się, że produkt CTT™ jest mocno osadzony i bez-piecznie przymocowany. Konieczne jest wyłączenie aerozolu chłodzącego turbiny. <ol style="list-style-type: none">CTT™ jako wiertło do tkanek miękkich: <ul style="list-style-type: none">modelowanie dziąseł odslanianie głębokich ubytków usuwanie międzykorzeniowej tkanki ziarninowej papilektomia/usuwanie przerośniętych dziąseł odslanianie śródkostrych części implantów i zatrzy manych zębów
ZASTOSOWANIA:	

Wypłukać krew i ropę, osuszyć obszar wacikiem lub strzykawką z powietrzem. Końcówkę produktu CTT™ należy przesuwać przez tkankę małymi ruchami „szczotkującymi” pod kątem 30-45°stopni, bez wciskania przy tym końcówki produktu w tkankę ani bez ciścia zbyt głęboko tylko jednym cięciem.
2. Produkt CTT™ używany do otwierania bruzdy, np. do wycisków: Wypłukać krew i ropę, osuszyć obszar wacikiem lub strzykawką z powietrzem. Produkt CTT™ należy poruszać w bruzdzie równomiernym, powolnym ruchem przesuwnym o koniecznej głębokości. W celu uniknięcia utraty tkanek ważne jest, aby zachować nabłonek dziąsła brzeżnego.

⚠ Podczas używania produktu CTT™ należy unikać nadmiernego kontaktu z zębem lub tkanką kostną. Prawidłowo zastosowana energia kinetyczna powoduje efekt koagulacji cieplnej bez „spalania” tkanek.W przypadku prawidłowego sto-sowania produktu CTT™, we wszystkich jego zastosowaniach, produkt CTT™ często może zastąpić nie tylko ostrza elektrochirurgiczne i chirurgiczne, ale w wielu przypadkach również nici retrakcyjne.

CZYSZCZENIE	Czyścić w stomatologicznej myjce-dezynfektorze, stosując program uniwersalny. Umieścić produkt CTT™ w stojaku na wiertła, nadającym się do stomatologicznej myjki i sterylizatora. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalnika.
STERYLIZACJA	Produkt CTT™ jest dostarczany w stanie niesterylnym i konieczna jest jego sterylizacja przed pierwszym użyciem. Sterylizować ciepłem wilgotnym (autoklaw) w temperaturze 134°C przez co najmniej 3 minuty.
PRZECHOWYWANIE	Przechowywać w suchym miejscu, chroniąc przed zanieczyszczeniem.
USUWANIE	Po ostatnim użyciu należy wyrzucić produkt CTT™ do pojemnika na ostre odpady.
CZAS EKSPLOATACJI	3 lata.
PRODUKTU	

DESCRIÇÃO	CTT™ é usado em rotação na peça de mão da turbina a ar (300.000-500.000 rpm). Deve ser usado <i>sem</i> qualquer arrefecimento com água ou pulverizador.
COMPATIBILIDADE	O cabo do CTT™ está em conformidade com a EN ISO 1797:2017, tipo 3, e só pode ser usado em peças de mão de turbina que correspondam à mesma norma.
UTILIZAÇÃO PRE-VISTA	O CTT™ destina-se a procedimentos cirúrgicos menores em odontologia.
PERFIL DO UTILIZA-DOR	A utilização do CTT™ está limitada a dentistas com a devida formação.
VERIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO	O produto deve ser manuseado com cuidado para proteger a ponta. Antes de cada utilização, verificar se a ponta não está danificada. Se a ponta estiver desgastada ou danificada, eliminar o instrumento.
PREPARAÇÃO	Montar o CTT™ na peça de mão da turbina. Verificar se o CTT™ está bem fixado no devido lugar. O pulverizador de líquido de arrefecimento da turbina tem de estar desligado. <ol style="list-style-type: none">CTT™ como recortador de tecido mole: <ul style="list-style-type: none">Modelação gengival Libertação de cavidades profundas Laceração do tecido de granulação interradicular Papilectomia ou remoção da gengiva hiperplásica Exposição de secções de implante intraósseo e dentes inclusos
APLICAÇÕES:	

Eliminar por enxaguamento todo o sangue e pus, secar a área com uma esponja de algodão ou com a seringa de ar. A ponta do CTT™ deve ser movimentada no tecido dando pequenas “pinceladas” num ângulo de 30-45° sem forçar a ponta do recortador no tecido ou cortar com muita profundidade de uma só vez.
2. CTT™ utilizado para abertura do sulco, p. ex., para impressões: Eliminar por enxaguamento todo o sangue e pus, secar a área com uma esponja de algodão ou com a seringa de ar. O CTT™ é movimen-tado no sulco por deslizamento uniforme lento à profundidade necessária. Para evitar qualquer perda de tecido, é importante preservar o epitélio da gengiva marginal.

⚠ Ao usar o CTT™, evitar o contacto excessivo com o tecido dentário ou ósseo. Desde que utilizado corretamente, a energia cinética causa um efeito de coagulação por calor sem “queimar” o tecido. Se utilizado corret-amente com todas as suas aplicações, o CTT™ é frequentemente capaz de substituir não só a eletrocirurgia e as lâminas cirúrgicas, como também, em muitos casos, a utilização de fio de retração

LIMPEZA	Limpar numa máquina para limpeza e desinfecção dentárias com um programa universal. Colocar o CTT™ num porta-brocas adequado para máquinas de limpeza e esterilização dentárias. Não limpar com solventes.
ESTERILIZAÇÃO	O CTT™ é fornecido não estéril e deve ser esterilizado antes da primeira utilização. Esterilizar em calor húmido (auto-clave) a 134°C durante, pelo menos, 3 minutos.
ARMAZENAMENTO	Guardar em local seco e protegido contra a recontaminação.
ELIMINAÇÃO	Depois da última utilização, eliminar o CTT™ num recipientes para corto-perfurantes.
VIDA ÚTIL DO PRODUTO	3 anos.

BESKRIVNING	CTT™ används under rotation i turbinvinkelstycket (300 000–500 000 RPM). <i>Får aldrig</i> användas med vattenkylning.
KOMPATIBILITET	Skaffet på CTT™ överensstämmer med EN ISO 1797:2017, typ 3 och får enbart användas i turbinvinkelstycken som uppfyller samma standard.
AVSEDD ANVÄND-NING	CTT™ är avsedd för mindre kirurgiska ingrepp inom tandvården.
ANVÄNDARPROFIL	Enbart legitimerade tandläkare får använda CTT™.
KONTROLLERA INSTRUMENTET	Hantera produkten varsamt så att spetsen skyddas. Säkerställ att spetsen är oskadad före varje användning. Om spetsen är utsliten eller skadad ska instrumentet kasseras.
FÖRBEREDELSE	Sätt fast CTT™ i turbinvinkelstycket. Säkerställ att CTT™ sitter ordentligt på plats och är säkert fastsatt. Vattenspray-en på turbinen måste vara avstängd. <ol style="list-style-type: none">CTT™ som mjukvävnadstrimmare: <ul style="list-style-type: none">gingivamodellering friläggning av djupa kaviteter laceration av interradiculär granulationsvävnad gingivektomi/avlägsnande av hyperplastisk gingiva friläggning av intraosseösa implantatdelar och retinerade tänder.
ANVÄNDNINGSSOM-RÅDEN:	

Spola bort eventuellt blod och pus, och torka området med en bomullstork eller med luftblästring. Håll spetsen på CTT™ i 30-45° vinkel och för den med små ”pensei”-rörelser genom vävnaden, utan att trycka in spetsen på instrumentet i vävnaden eller skära för djupt med bara ett snitt.
2. Användning av CTT™ för att öppna tandköttsfickan, t.ex. vid avtryckstagning: Spola bort eventuellt blod och pus, och torka området med en bomullstork eller med luftblästring. Spetsen på CTT™ förs med en jämn långsam och glidande rörelse på det nödvändiga djupet i tandköttsfickan. Det är viktigt att bevara epitelet på den marginala gingivan för att undvika retraktioner.

⚠ Vid användning av CTT™ - undvik överdriven kontakt med tand- eller benvävnad. Korrekt använt orsakar den kinetiska energin en värmekoagulerande effekt utan att ”bränna” vävnaden. När CTT™ används på rätt sätt med alla sina användningsområden, kommer du att se att CTT™ inte bara kan ersätta elektrokirurgi och skalpell, utan i många fall också användning av retraktionsråd.

RENGÖRING	Rengör instrumentet i ett universal-program i en dental diskdesinfektor. Placera CTT™ i ett lämpligt borrställ för diskdesinfektor och sterilisator. Använd aldrig lösningsmedel i rengöringssyfte.
STERILISERING	CTT™ levereras osteril och ska steriliseras före den första användningen. Sterilisera i autoklav vid 134°C i minst 3 minuter.
FÖRVARING	Förvaras torrt, skyddat mot återkontaminering.
AVFALLSHANTERING	När CTT förbrukats ska den kasseras i en behållare för skärande/stickande avfall.
PRODUKTENS LIVSLÅNGD	3 år.